

Kielce, dn. 03.04.2025 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

„Dostawę ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem szt. 2”

Numer sprawy: TP/31/2025

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem szt. 2” numer sprawy: TP/31/2025** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedź.

III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności przeniesienia informacji o temperaturze wewnątrz termoboxu na front urządzenia, co pozwala precyzyjnie określić ratownikowi temperaturę podawanych płynów w momencie ich wyciągania z szuflady.

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane w SWZ rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast zintegrowanej lampy na dachu pojazdu – belka świetlna typu LED spełniająca te same funkcje, wyposażona w dwa reflektory LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”. Rozwiązanie bardziej praktyczne, tańsze w eksploatacji i w przypadku awarii łatwiejsze do wymiany, co minimalizuje koszty i czas przestoju pojazdu, a także zwiększa konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane rozwiązanie w SWZ zwiększa widoczność ambulansu w akcji.

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast zintegrowanej lampy na dachu pojazdu – belka świetlna typu LED spełniająca te same funkcje, wyposażona w dwa reflektory LED do oświetlania pola za pojazdem. Rozwiązanie bardziej praktyczne, tańsze w eksploatacji i w przypadku awarii łatwiejsze do wymiany, co minimalizuje koszty i czas przestoju pojazdu, a także zwiększa konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane rozwiązanie w SWZ zwiększa widoczność ambulansu w akcji.

VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast instalacji próżniowej, która jest już bardzo rzadko stosowana – dopuszczenie ssaka elektrycznego spełniającego wszystkie wskazane parametry, w tym regulację siły ssania, manometr podciśnienia, słój o pojemności min. 1l oraz przewód o długości min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników. Rozwiązanie zdecydowanie bardziej praktyczne pod względem instalacji, ceny oraz uniwersalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis jak w SWZ.