

Kielce, dn. 09.04.2025 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

**„Dostawę ambulansów sanitarnych typu C szt. 5 z wyposażeniem.”**

**Numer sprawy: TP/35/2025**

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę ambulansów sanitarnych typu C szt. 5 z wyposażeniem” numer sprawy: TP/35/2025** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

**Pytanie 1 (III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności przeniesienia informacji o temperaturze wewnątrz termoboxu na front urządzenia, co pozwala precyzyjnie określić ratownikowi temperaturę podawanych płynów w momencie ich wyciągania z szuflady.

**Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane w SWZ rozwiązanie jest bardziej praktyczne.**

**Pytanie 2 (IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast zintegrowanej lampy na dachu pojazdu – belka świetlna typu LED spełniająca te same funkcje, wyposażona w dwa reflektory LED do oświetlania przedpoła pojazdu oraz napis „AMBULANS”. Rozwiązanie bardziej praktyczne, tańsze w eksploatacji i w przypadku awarii łatwiejsze do wymiany, co minimalizuje koszty i czas przestoju pojazdu, a także zwiększa konkurencyjność oferty.

**Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane rozwiązanie w SWZ zwiększa widoczność ambulansu w akcji.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast zintegrowanej lampy na dachu pojazdu – belka świetlna typu LED spełniająca te same funkcje, wyposażona w dwa reflektory LED do oświetlania pola za pojazdem. Rozwiązanie bardziej praktyczne, tańsze w eksploatacji i w przypadku awarii łatwiejsze do wymiany, co minimalizuje koszty i czas przestoju pojazdu, a także zwiększa konkurencyjność oferty.

**Odpowiedź: Opis jak w SWZ. Opisane rozwiązanie w SWZ zwiększa widoczność ambulansu w akcji.**

#### **Pytanie 4 (VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast instalacji próżniowej, która jest już bardzo rzadko stosowana – dopuszczenie ssaka elektrycznego spełniającego wszystkie wskazane parametry, w tym regulację siły ssania, manometr podciśnienia, słój o pojemności min. 1l oraz przewód o długości min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników. Rozwiązanie zdecydowanie bardziej praktyczne pod względem instalacji, ceny oraz uniwersalności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opis jak w SWZ.**

#### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie zakładanego rocznego przebiegu dla ambulansu.

**Odpowiedź: Szacunkowy roczny przebieg wynosi 59000km.**

#### **Pytanie 6**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu z rokiem produkcji 2025, zabudowanym na pojeździe kompletnym (pojazd bazowy) z 2024.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby ambulans jako pojazd wykorzystywany do działań ratowniczych był wyposażony w fabryczny system dedykowany dla „służb państwowych” umożliwiający dalszą jazdę (nawet do 50 km) bez obniżenia mocy lub zatrzymania pojazdu w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymaganego poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale jest to parametr punktowany.**

#### **Pytanie 8**

Prosimy o informację czy koszt przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego należy ująć w cenie ofertowej czy też Zamawiający będzie te koszty pokrywał oddzielnie poza przetargowo?

**Odpowiedź: Kosztów przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego nie należy ujmować w cenie ofertowej.**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wymaga by ambulans wyposażony był w układ wydechowy fabrycznie (tj. na etapie produkcji pojazdu bazowego w fabryce producenta) wyprowadzony do tyłu pojazdu tak by spaliny nie dostawały się do pojazdu na wysokości głowy pacjenta (układ wydechowy skierowany za tylną oś na lewą stronę)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**

#### **Pytanie 10**

Czy dbając o niskie koszty eksploatacji Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych,

w których okresy między przeglądowe liczą min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony jest w bezobsługowy rozrząd (łańcuch), tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Napęd rozrządu realizowany za pomocą łańcucha jest parametrem punktowanym.**

**Pytanie 11**

Czy klimatyzacja w przedziale kierowcy ma być automatyczna?

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.**